

BALISES CRIIRAD DE SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITE ATMOSPHERIQUE
RESULTATS DES ANALYSES PAR SPECTROMETRIE GAMMA
NOVEMBRE 2013 - DECEMBRE 2013

Media filtrant	Station	Air échantillonné		Date de prélèvement	Date d'analyse	Iode 131 (microBq/m ³)	Césium 137 (microBq/m ³)	Césium 134 (microBq/m ³)	Autres radionucléides artificiels émetteurs gamma (microBq/m ³)
		du	au						
Filtre à aérosols (piégeage des poussières atmosphériques)	Péage de R.	14/10/13 13:37	5/11/13 10:30	05/11/2013	19/11/13	< 30,1	< 4,3	< 3,6	< LD
	Péage de R.	18/12/13 15:30	30/12/13 15:25	30/12/2013	30/12/13	< 6,3	< 4,8	< 3,8	< LD
	Romans	7/10/13 16:24	12/11/13 09:05	12/11/2013	12/11/13	< 16,9	< 4,8	< 3,9	< LD
	Romans	12/11/13 09:13	10/12/13 09:34	10/12/2013	10/12/13	< 15,5	< 4,8	< 4,2	< LD
	Romans - spécifique	5/11/13 09:05	12/11/13 09:05	12/11/2013	12/11/13	< 23,6	< 18,9	< 18,0	< LD
	Valence	En raison du déménagement des locaux de la CRIIRAD et donc de la balise, le système de prélèvement de l'air extérieur a été arrêté (et la tête de prélèvement démontée) le 19 juillet 2013. Par conséquent, aucune analyse de filtre n'a été effectuée depuis le mois d'août.							
	Valence								
	Montélimar	30/09/13 12:38	4/11/13 10:28	04/11/2013	04/11/13	< 15,8	< 4,4	< 3,8	< LD
	Montélimar	4/11/13 10:34	2/12/13 10:36	02/12/2013	04/12/13	< 15,3	< 4,7	< 4,1	< LD
	Avignon	1/10/13 07:01	5/11/13 09:09	05/11/2013	06/11/13	< 15,7	< 4,0	< 3,2	< LD
	Avignon	5/11/13 09:21	3/12/13 07:50	03/12/2013	05/12/13	< 17,9	< 5,8	< 4,6	< LD
Avignon - spécifique	20/11/13 08:00	27/11/13 08:00	27/11/2013	28/11/13	< 13,5	< 11,6	< 9,4	< LD	

Cartouche de charbon actif (piégeage spécifique de la forme gazeuse de l'iode 131)	Péage de R.	17/12/13 11:07	23/12/13 14:05	23/12/2013	23/12/13	< 73,0	-	-	< LD
	Romans	5/11/13 09:37	12/11/13 09:05	12/11/2013	13/11/13	< 76,4	-	-	< LD
	Romans	2/12/13 14:16	10/12/13 09:34	10/12/2013	11/12/13	< 54,4	-	-	< LD
	Valence	En raison du déménagement des locaux de la CRIIRAD et donc de la balise, le système de prélèvement de l'air extérieur a été arrêté (et la tête de prélèvement démontée) le 19 juillet 2013. Par conséquent, aucune analyse de cartouche n'a été effectuée depuis le mois d'août.							
	Valence								
	Montélimar	21/10/13 10:33	4/11/13 10:26	04/11/2013	05/11/13	< 58,0	-	-	< LD
	Montélimar	18/11/13 15:18	2/12/13 10:36	02/12/2013	03/12/13	< 41,6	-	-	< LD
	Avignon	19/11/13 09:13	26/11/13 07:46	26/11/2013	28/11/13	< 81,8	-	-	< LD

Commentaires :

Les résultats obtenus ne révèlent pas de contamination par un radionucléide artificiel émetteur gamma supérieure aux limites de détection. Les limites dans le tableau sont exprimées par rapport au milieu de la période d'échantillonnage de l'air.

Quelques éléments d'explication sur les résultats :

- Les heures sont exprimées en temps universel (TU) : TU + 1h = heure locale d'hiver.

- Lorsque l'élément radioactif recherché est absent ou si son activité est trop faible pour être détectée, c'est la limite de détection (LD) qui est calculée et publiée. Le résultat de l'analyse est exprimé par exemple sous la forme "Iode 131 : < 20 microBq/m³". Cela signifie que l'iode 131 n'a pas été détecté. L'analyse ne permet pas d'exclure toute présence d'iode 131, mais indique que si cet élément était présent, son activité serait inférieure à la limite de détection qui est dans cet exemple de 20 microBq/m³. Cette limite de détection dépend de nombreux paramètres : volume d'air prélevé, géométrie de comptage, durée de comptage, ce qui explique la variabilité des limites de détection obtenues suivant les analyses.

**BALISES CRIIRAD DE SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITE ATMOSPHERIQUE
RESULTATS DES ANALYSES PAR SPECTROMETRIE GAMMA
NOVEMBRE 2013 - DECEMBRE 2013**

Quelques éléments d'explication sur les résultats (suite) :

Illustration sur un exemple de l'influence du volume prélevé sur la limite de détection :

Supposons que l'on dispose d'un détecteur pouvant mesurer une activité minimale $A = 1 \text{ Bq}$.

Lorsque l'on analyse avec ce détecteur un échantillon (ex : filtre aérosols) correspondant au passage d'un volume d'air $V = 100 \text{ m}^3$, cela signifie donc que l'appareil est en capacité de détecter une activité minimale pour cet échantillon de $B = 1 \text{ Bq} / 100 \text{ m}^3$, c'est-à-dire $B = 0,01 \text{ Bq/m}^3$.

Si l'on souhaite analyser avec le même détecteur un nouvel échantillon de filtre dans lequel est passé un volume d'air plus important, exemple : $V' = 1\,000 \text{ m}^3$, l'appareil pourra cette fois-ci détecter une activité minimale $B' = 1 \text{ Bq} / 1\,000 \text{ m}^3$, c'est-à-dire $B' = 0,001 \text{ Bq/m}^3$.

Cet exemple permet de comprendre pourquoi la détection d'un radionucléide est meilleure lorsque le volume d'air passé dans l'échantillon est plus important.